



Набор реагентов РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска

ИМ-7.113286

Классификационный код: 20.59.52.100

Производитель: Вектор-Бест АО

Технические характеристики:

Назначение.....для определения

Выделение.....ДНК

Определяемый параметр папиллома

Комплектация.....Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов. Комплект 1: - положительный контрольный образец (ПКО) – 2 пробирки; - готовая реакционная смесь для ПЦР №1 (ГРС 1), лиофилизованная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок); - готовая реакционная смесь для ПЦР №2 (ГРС 2), лиофилизованная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок); Принадлежности: - оптическая пленка – 3 листа. Комплект 2: - положительный контрольный образец (ПКО) – 2 пробирки; - реакционная смесь для ПЦР №1 (РС 1), лиофилизованная – 10 пробирок, каждая на 10 определений; - реакционная смесь для ПЦР №2 (РС 2), лиофилизованная – 10 пробирок, каждая на 10 определений; - раствор для восстановления (РВ) – 4 флакона

Для термоциклеров..... Bio-Rad CFX 96 / ДТ / ABI / Rotor-Gene