



Автоклав Stern Weber SW-22

ИМ-7.106298 до 27.03.2023

Производитель: CEFLA S.C.

Технические характеристики:

Тип.....паровой

Объем камеры.....22 л

Размещение.....настольный

Тип загрузки.....горизонтальная

Количество программ.....9

Количество полок.....5

Принтер.....да

Сушка.....да

Размеры.....48×50×60 см

Мощность.....2.3 кВт

Вес.....51 кг

Описание

Стерилизатор паровой STERN WEBER SW-22 (22 литра) – стерилизатор, оснащённый мощным парогенератором, который способен производить насыщенный пар высокого качества. Цикл быстрый, из-за эффективности вакуумного насоса.

Версии	STERN WEBER SW-17	STERN WEBER SW-22	STERN WEBER SW-28
Объем камеры	17 л	22 л	28 л
Размер камеры	25×35 см	25×45 см	28×45 см
Размеры автоклава	48×50×60 см	48×50×60 см	48×50×60 см
Вес	50 кг	51 кг	52 кг
Вес стерилизуемого материала	6 кг	7.5 кг	9 кг
Количество лотков	5 шт.	5 шт.	6 шт.
Автономная работа	от 7 до 11 циклов	от 6 до 10 циклов	от 5 до 9 циклов

Преимущества:

- конструкция аппарата позволяет значительно экономить воду;
- ЖК-дисплей с клавиатурой имеет четкие, удобные для пользователя значки;
- сохранение данных: все данные автоматически сохраняются во внутренней памяти и могут быть переданы на компьютер с помощью USB;
- безопасная система закрывания двери (тройной механизм запоров);
- датчик проводимости, встроенный в бак, повышает фактическое качество дистиллированной воды и сигнализирует оператору на дисплее любые возможные риски для автоклава;
- ускоренный цикл работы автоклава обеспечивается при помощи вакуумного насоса, насыщенный пар подается мощным парогенератором.

Программы:

- **134°C стандарт** (тип цикла: В; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 31 мин.)
- **121°C стандарт** (тип цикла: В; время стерилизации: 20 мин.; общий цикл включая сушку: 48 мин.)
- **134°C развернутые полые** (тип цикла: S; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 34 мин.)
- **134°C завернутые массивные** (тип цикла: S; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 24 мин.)
- **134°C прионы** (тип цикла: В; время стерилизации: 18 мин.; общий цикл включая сушку: 45 мин.)
- **Пользовательский** (пользовательские настройки температуры 134°C/121°C и времени от 4 мин (при 134°C) до 20 мин. (при 121°C), а также настраиваемая сушка)
- **Вакуум тест** (общий цикл включая сушку: 18 мин.)
- **Тест В/D** (общий цикл включая сушку: 24 мин.)
- **Тест вакуум + В/D** (общий цикл включая сушку: 46 мин.)