

Часовой пояс: Минск, Беларусь



## Датчик УЗИ линейный GE 11L-D

ИМ-7.101866/1803 до 27.03.2023

Производитель: General Electric Company

## Технические характеристики:

Совместимы с аппаратами	GE – LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	4-10 МГц
Угол сканирования	38°
Глубина сканирования	110 MM

## Описание

Сканирующая поверхность: 46.9 ×14.4 мм.

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

imn.by/become-supplier