



Ликвичек Контроль «Гематология-16Т» / Liquehek Hematology-16T Control

ИМ-7.96531/2110

Производитель: Bio-Rad Laboratories

Технические характеристики:

Тип.....контроль

Для анализаторов Abbott / Sysmex

Уровень.....трехуровневый

Объем.....2.5 мл

Срок использования с момента производства – 105 дней,
..... после вскрытия - 14 дней

Описание

Контрольный материал для контроля качества результатов подсчета форменных элементов крови, полученных на гематологических анализаторах Sysmex и Abbott с 3-компонентной дифференцировкой лейкоцитов.

Фасовка:

- 12×2.5 мл - трехуровневый (4 флакона для каждого уровня).

Хранение и стабильность:

- срок годности 105 дней при температуре 2–8°C;
- стабильность вскрытого флакона – 14 дней при температуре 2–8°C.